

檢驗項目	Aluminum			版本 2019.07.02
中文名稱	鋁			
英文名稱	Aluminum (Al)			
適應症	常用於洗腎病人鋁中毒神經病變診斷			
檢體類別	深藍頭管--全血			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	< 6 µg/L			
採檢容器和檢體量	 深藍頭管及深藍頭紫標微量金屬專用管，採取 3ml 全血			
採檢注意事項	此項檢驗絕對需要使用微量金屬專用管，請至檢驗科領取			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法： 檢體置放於 2-8℃，可儲存 7 天 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	10002B	點數	400 點
檢驗方法及說明	● 方法：石墨爐原子吸收光譜分析 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：2.5 - 500 µg/L ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：2.5 µg/L			