

檢驗項目	Cholinesterase-plasma			版本 2015.03.25
中文名稱	膽素脂酶			
英文名稱	Cholinesterase-plasma			
適應症	plasma 中的膽脂酶又叫假性乙醯膽酯酶，主要將神經傳導物質乙醯膽鹼分解成不具活性之 Acetyl-Co-A 和 Choline。用以檢測有機磷中毒，因有機磷中毒時會抑制血清膽酯酶活性，造成人體無法分解乙醯膽鹼，初期造成躁動不安等現象，而後其可能造成無力、昏迷等。因此有機磷中毒時。CHE 降低於肝炎、肝硬化患者，CHE 升高於肥胖及高脂血症患者。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09083B	點數	90 點
檢驗方法及說明				