檢驗項目	**P (IP)** 版本 2015.03.25			
中文名稱	血清磷			
英文名稱	Inorganic Phosphorus			
適應症	血清磷與尿液磷可同時評估體內鈣離子與磷離子的平衡狀態及輔助診斷疾病。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum　綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	2.1-4.7 mg/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	**收檢地點**	**平日收檢時間**	**週六收檢時間**	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	**健保碼**	09012C	**點數**	40 點
檢驗方法及說明	● 方法：磷鉬酸法。 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.25 – 25.3 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.25 mg/dL ● 干擾 ： 各物質在下列濃度會對此檢驗數值產生干擾 1. Hemoglobin ≥250 mg/dL 2. Intralipid ≥2000 mg/dL			