

檢驗項目	PGTR、PGTR(self pay)			版本 2015.03.25
中文名稱	黃體酮			
英文名稱	Progesterone			
適應症	用來評估不孕和自發性流產有關的生殖疾病			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周四			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	男性：<0.1-0.2 ng/mL 女性： 濾泡期 <0.1 - 0.3 ng/mL 黃體期 1.2 - 15.9 ng/mL 停經後 <0.1 - 0.2 ng/mL 懷孕婦女：妊娠第一期 2.8 - 147.3 ng/mL 妊娠第二期 22.5 - 95.3 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 紅黃頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09105C	點數	200 點 260 點(self pay)
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.1 - 400 ng/mL			

- 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.1 ngU/mL
- 干擾：
 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。
 2. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。