


檢驗項目	C4			版本 2025.10.08
中文名稱	補體 4			
英文名稱	Complement 4			
適應症	補體是一群血清蛋白，用以摧毀感染物，尤其是當補體組成有缺失時，測定這些蛋白有助於免疫系統失常之診斷。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	13 - 57 mg/dL			
採檢容器和檢體量				5 mL , SST tube(紅黃頭管)
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	12038B	點數	275 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 方法：免疫比濁法(Nephelometry)。</li> <li>● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 - 639 mg/dL</li> <li>● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5 mg/dL</li> <li>● 干擾：Intralipid &gt; 2000 mg/dL</li> </ul>			